

**PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY**

Protokół zdawczo-odbiorczy , sporządzony w dniu ..... r.  
w .....,

Strony zgodnie oświadczają co następuje:

1. W dniu ..... r. została dostarczony dostawa zgodnie z Zapytaniem Ofertowym nr **5/DBN/02/2022** do siedziby firmy Zamawiającego tj. do budynku  
SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego  
ul.Chodakowska 19/31,03-815 Warszawa.
2. Wytyczne sprzętu w poniższej tabeli.

L.p	Opis parametrów	Wymagane parametry techniczne	Stan techniczny sprzętu
1	Częstotliwość próbkowania pozycji oczu	- <b>200 Hz</b>	
2	czujniki	- <b>kamery oczu</b> :200Hz@192 x192px z oświetleniem IR - <b>kamera sceny</b> : odłączana, min. 30Hz przy 1088x1080px, 82°x82° FOV. - <b>audio</b> : Mikrofon dołączony do kamery scenicznej. - <b>IMU</b> : Żyroskop i Akcelerometr @200Hz.	
3	właściwości fizyczne	- <b>ramka</b> : nylon PA12 - <b>soczewki</b> : CR-39	

		Anti-Scratch Filtr UV antyrefleksyjna powłoka odpychająca kurz i wodę - <b>waga:</b> 46,9 g	
4	soczewki korekcyjne w zestawie	- <b>z możliwością dokupienia</b>	
5	przeznaczenie	- <b>Środowisko:</b> działający w większości środowisk - <b>demografia</b> : możliwość rejestracji ruchów oczu większość ludzi	
6	Oprogramowanie	- <b>oprogramowanie</b> do zbierania i analizy danych w zestawie - kompatybilne z systemami Linux, Windows oraz MacOS	
7	jednostka rejestrująca	- <b>smartfon (w zestawie)</b>	
8	chmura	- możliwość przesyłania danych i analizy w chmurze	

3. Zamawiający oświadcza, że znany jest mu stan techniczny i jakościowy towaru i nie będzie dochodził z tego tytułu żadnych roszczeń od Oferenta.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

**Wykonawca**

**Zamawiający**